

38510000-3 Мікроскопи (Мікроскопи, 2 лота)

1. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі**:

Лот 1 - 38513000-4 Інвертовані та металургійні мікроскопи - Інвертований мікроскоп (17440 Інвертований світловий мікроскоп) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

№ п/п	Найменування складової системи та вимоги	Відповідність (так/ні)
1.	Тип мікроскопу: тринокулярний	
2.	Тип штативу: інвертований	
3.	Тип оптичної системи: корекція на «нескінченність», корекція по кольору	
4.	Типи контрастних методик, не менше: світле поле, фазовий контраст	
5.	Тип об'єктивів: план ахроматичні	
6.	Револьверний пристрій не менше, ніж на 5 об'єктивів	
7.	Можливість обертання тубуса на 360 градусів	
8.	Діоптрійне налаштування: не менше, ніж +/- 5 діоптрій	
9.	Діапазон міжзіничної відстані, не менше: 48 – 75 мм	
10.	Розмір предметного столика, не менше: 200x235 мм	
11.	Конденсор: N.A. 0.30 з можливістю фокусування та центрування	
12.	Можливість роботи без конденсора на відстані, не менше 230 мм	
13.	Освітлення за Келлером	
14.	Джерело світла: кварцево галогенна лампа 6V/30W або LED 3W	
15.	Можливість взаємозаміни кварцево галогенної лампи та LED	
16.	Наявність функції автоматичного вимкнення освітлення	
17.	Наявність функції пам'яті освітлення	
18.	Можливість точного фокусування, не гірше ніж 2мкм	
19.	Вага: не більше 12 кг	
20.	У комплект поставки має входити (Учасник повинен надати гарантійний лист), об'єктиви не менше: 4X/0.10 (WD 12.6mm), PH10X/0.25 (WD 4.1mm), LWD PH20X/0.30 (WD 4.7mm), LWD PH40X/0.50 (WD 3.0mm)	

Лот 2 - 38516000-5 Монокулярні та/або бінокулярні світлові біологічні мікроскопи - Бінокулярний мікроскоп (35484 Мікроскоп світловий стандартний) - 2 шт.

Спеціальні вимоги:

№ п/п	Найменування складової системи та вимоги	Відповідність (так/ні)
1.	Тип мікроскопу – бінокулярний	
2.	Кут нахилу: не менше 25 градусів та не більше 30 градусів	
3.	Поле зору окулярів: не менше 20 мм	
4.	Оптична система орієнтована на нескінченність	
5.	Мінімальна міжзінична відстань: не більше 48 мм	
6.	Максимальна міжзінична відстань: не менше 75 мм	
7.	Головка мікроскопа: не менше, ніж на 4 об'єктиви	
8.	Головка мікроскопу повинна мати змогу зворотного (реверсійного) обертання	
9.	Планахроматичні об'єктиви у комплекті: 4X/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65, 100X/1.25	
10.	Мінімальна точка фокусування: не більше 2 мкм	
11.	Предметний столик має покриття, що захищає від подряпин	
12.	Розмір предметного столику, не менше: 140 x 135 мм	
13.	Діапазон руху предметного столика, не менше: 75 x 50 мм	
14.	Вертикальний рух предметного столику (вісь Z): не менше 25 мм	
15.	Наявність верхньої точки зупинки предметного столику, з можливістю налаштування	
16.	Конденсор: Аббе N.A. 0.90 / 1.25 з слотом для слайдів	
17.	Тип освітлення: LED	
18.	Наявність освітлення за Келлером	
19.	Мікроскоп придатний до наступних методів досліджень, не менше: світле поле, темне поле, фазовий контраст, поляризація, флуорисценція	
20.	Наявність індикатора інтенсивності світла	
21.	Тип індикатора інтенсивності світла: LED	
22.	Наявність порту USB для можливості підключення зовнішньої камери, акумулятора тощо	

Загальні вимоги:

1. Товар, що пропонується, повинен бути новим, таким, що не був у використанні. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства, сертифікованим для використання у медичних закладах. Ця вимога підтверджується: - завіреною копією декларації або копією документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або - завіреною копією Свідоцтва про державну реєстрацію медичного виробу, що свідчить про наявність медичного виробу в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення.

Якщо обладнання не є медичним виробом, учасник надає лист-роз'яснення.

3. Гарантійний термін обслуговування не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (якщо інше не передбачено технічними вимогами). Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

4. Сервісне обслуговування повинно здійснюватися інженерним персоналом, що сертифікований виробником - наявність сервісного центру на території України (обов'язково) та фахівців, які пройшли навчання у виробника запропонованого обладнання (надати копію відповідного документа).

5. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України (із наданням копії авторизаційного листа виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

6. Наявність належним чином оформленої інструкції (паспорта) або будь-якого іншого документа щодо експлуатації запропонованого товару українською мовою (надати копії).

7. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару до закладів охорони здоров'я повинна здійснюватися постачальником за власні кошти. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

8. Термін поставки товару: 30 днів з дати отримання письмової заявки Замовника, але не пізніше 29.12.2023. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

9. Монтаж та навчання медперсоналу роботі на апаратурі постачальник проводить безкоштовно за письмовою заявою закладу-отримувача, якщо інше не передбачено умовами договору. Для підтвердження учасник надає гарантійний лист.

10. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника.

11. Запропонований товар повинен бути якісним. Для підтвердження учасник надає сертифікат відповідності, виданий відповідним органом з сертифікації, акредитованим національним органом України з акредитації, який підтверджує встановлені вимоги до товарів, робіт і послуг та (чи) об'єктів, через які реалізуються послуги, якщо це передбачено законодавством України. Якщо медичне обладнання не передбачає наявність зазначеного сертифіката, учасник надає лист-роз'яснення.

12. Учасник повинен надати заповнену форму тендерної пропозиції за підписом керівника або уповноваженого представника підприємства, організації, установи та завірену печаткою (у разі наявності).

Форма тендерної пропозиції

(назва процедури закупівлі)

№ лоту/ з/п	Найменування предмета закупівлі/товару	Торгівельна назва товару	Виробник, країна	Одиниця виміру	Кількість, од.

.....
(посада особи, що підписує форму)
(підпис)

.....
(П.І.Б.)
М. П. *

* Вимога щодо печатки не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

** У разі наявності в технічній частині посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, джерело походження або виробника – читати з виразом «або еквівалент».

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі:

931 385,84 грн (Дев'ятсот тридцять одна тисяча триста вісімдесят п'ять гривень 84 копійки), з ПДВ, зокрема:

лот 1 – 752 407,04 грн (Сімсот п'ятдесят дві тисячі чотириста сім гривень 04 копійки);

лот 2 – 178 978,80 грн (Сто сімдесят вісім тисяч дев'ятсот сімдесят вісім гривень 80 копійок).